RUDİMED RDA 400 AŞI DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın hacmi Brüt 390 lt Net 365 lt olmalıdır.
2. Cihaz en az 60 cm x 60 cm x 198 cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C 'ye set edilmelidir
4. Isı yalıtımı 40 Kg/ m^3 ve izolasyon kalınlığı 40mm olmalıdır.
5. Cihaz izolasyonu sağlayacak çift camlı kapı sistemine sahip olmalıdır.
6. Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat göre bileceği bir yerde olmalıdır
7. Cihazın alarm sistemi;
    a. Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,
    b. Cihazın kapısı açık kaldığında
    kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır.
8. Cihaz cam kapaklı, 90 derece açıldığında kendiliğinden kapanır ve kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.
9. Cihazın kabin içi aydınlatması floresan veya led lamba ile sağlanmalıdır.
10. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termostatın parlak DİJİTAL ekranı olmalıdır.
11. Cihazın mikro işlemcili dijital termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabilmeli ve kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.)
12. Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim PVC olmalıdır.
13. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 5 adet tel raf bulunmalı ve cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
14. Cihaz otomatik defrost yapabilmelidir.
15. Cihaz +43 dereceye kadar ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.
16. Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.
17. Cihazın kolay ayarlanabilmesi için 2 adet rotil ayak bulunmalıdır.
18. Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
19. Cihazın ISO 9001:2008, ISO13485, TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.
20. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
21. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mah.Giyimkent 18 Sok.No:60/62 Esenler- Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr