RUDİMED RDA700 DG AŞI DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın hacmi Brüt 885 lt Net 700 lt olmalıdır.
2. Cihazın en az 100 cm x 74 cm x 195 cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C 'ye set edilmelidir
4. Cihaz izolasyonu sağlayacak çift camlı, çift kapılı sistemine sahip olmalıdır.
5. Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır.
6. Cihazın alarm sistemi;
    a. Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,
    b. Cihazın kapısı açık kaldığında
    kullanıcıyı sesli görsel olarak uyarmalıdır.
7. Cihaz cam kapaklı, 90 derece açıldığında kendiliğinden kapanır ve kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.
8. Cihazın kabin içi aydınlatması floresan veya led lamba ile sağlanmalıdır.
9. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termostatın parlak DİJİTAL ekranı olmalıdır.
10. Cihazın mikro işlemcili dijital termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.)
11. Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim gofrajlı aluminyum olmalıdır.
12. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 10 adet tel raf bulunmalı cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalı.
13. Cihaz otomatik defrost yapabilmelidir.
14. Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.
15. Cihazın kolay taşınabilmesi için 4 adet tekerlek bulunmalıdır.
16. Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
17. Cihazın ISO 9001:2008 , ISO13485 TSE Hizmet Yeterlilik , Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.
18. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
19. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mah.Giyimkent 18 Sok.No:60/62 Esenler- Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr