RUDİMED RDA700 PG AŞI DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın hacmi Brüt 700 lt Net 610 lt olmalıdır.
2. Cihazın en az 71 cm x 71 cm x 210 cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C 'ye set edilmelidir
4. Isı yalıtımı 40 Kg/ m^3 ve izolasyon kalınlığı 60mm olmalıdır.
5. Cihazda izolasyonu sağlayacak çift camlı kapı sistemi olmalıdır.
6. Cihaz +43° ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
7. Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans olmalıdır.
8. Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat göre bileceği bir yerde olmalıdır.
9. Cihazın alarm sistemi;
    a. Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,
    b. Cihazın kapısı açık kaldığında
    kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır.
10. Cihaz cam kapaklı, 90 derece açıldığında kendiliğinden kapanır ve kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.
11. Cihazın kabin içi aydınlatması floresan veya led lamba ile sağlanmalıdır.
12. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termostatın parlak DİJİTAL ekranı olmalıdır.
13. Cihazın mikro işlemcili dijital termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.)
14. Cihazın dışı paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim paslanmaz çelik olmalıdır.
15. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 5 adet tel raf bulunmalı cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalı.
16. Cihaz otomatik defrost yapabilmelidir.
17. Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.
18. Cihazın kolay taşınabilmesi için iki adedi kilitlenebilir 4 adet tekerlek bulunmalıdır.
19. Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
20. Cihazın ISO 9001:2008 , ISO13485 TSE Hizmet Yeterlilik , Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.
21. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
22. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mah.Giyimkent 18 Sok.No:60/62 Esenler- Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr