RUDİMED RDA80 AŞI DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın hacmi Brüt 85 lt Net 55 lt olmalıdır.
2. Cihaz en az 48 cm x 52 cmx 85 cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C 'ye set edilmelidir.
4. Cihaz, izolasyonu sağlayacak çift camlı kapı sistemine sahip olmalıdır.
5. Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat göre bileceği bir yerde olmalıdır
6. Cihazın alarm sistemi;
    - Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,
    - Cihazın kapısı açık kaldığında

      kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır.
7. Cihaz cam kapaklı, 90 derece açıldığında kendiliğinden kapanır ve kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.
8. Cihazın kabin içi aydınlatması floresan veya led lamba ile sağlanmalıdır.
9. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termostatın parlak DİJİTAL ekranı olmalıdır.
10. Cihazın mikro işlemcili dijital termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabilmeli ve kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.)
11. Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim PVC olmalıdır.
12. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 2 adet tel raf bulunmalı ve cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Cihaz otomatik defrost yapabilmelidir.
14. Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.
15. Cihazın kolay ayarlanabilmesi için 2 adet rotil ayak bulunmalıdır.
16. Cihaz, firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
17. Cihazın ISO 9001:2008 ,ISO13485, TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.
18. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
19. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mah.Giyimkent 18 Sok.No:60/62 Esenler- Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr