RUDİMED 100 -35 DERECE DİKEY DONDURUCU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
2. Ortam ısısı 0 C / +25 C de sorunsuz çalışabilmelidir
3. Cihaz -10C ve -35 C arasında herhangi bir ısıya set edilebilmelidir
4. İstenilen ısı aralığı dışına çıktığında sesli ALARM vermelidir.
5. Cihaz Dikey tip olmalı kapısı önden açılmalı ve blok kapı yapısına sahip olmalı.
6. Cihaz sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır
7. Cihazda kullanılan dijital termostat sayesinde kabin içi sıcaklıkları rahatlıkla gözlenebilmelidir.
8. Cihazda bulunan dijital termostat sayesinde iç ısı hassasiyeti 1°C olarak ayarlanabilmelidir.
9. Cihazın alarm sistemi alt ve üst limit sıcaklıkları aşıldığında kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır
10. Cihazın kontrol sistemi üst tarafta kullanıcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır
11. Cihazda yüksekliği ayarlanabilir rotil ayak bulunmalıdır
12. Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi CFC içermemelidir.
13. Cihazın brüt hacmi en az 100 lt olmalıdır
14. Cihaz tezgah altı model olmalı, hacim olarak fazla yer kaplamamalıdır
15. Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
16. Cihazın ISO 9001:2008, ISO13485, TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.
17. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
18. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mah.Giyimkent 18 Sok.No:60/62 Esenler- Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr