RUDİMED RDJ 40 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hareketli paslanmaz çelik sistemi bulunmalıdır.
2. Raflar hava akışına engel olmayan tipte delikli olmalıdır.
3. Paslanmaz çelik raflar kolay takılıp çıkarılabilme tipte olmalıdır.
4. Cihazda 8 adet raf bulunmalıdır
5. Cihazda bir elektronik göstergeli zamanlayıcı bulunmalıdır. Zamanlayıcı girilen süre bitimizde sesli olarak kullanıcıyı uyarmalıdır.
6. Sistem dakikada 60/75 devir yapmalıdır.
7. Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmalıdır.
8. 40 torba kapasitesine sahip olmalıdır.
9. Cihaz şehir şebeke voltajı ile çalışabilmelidir (220V 50Hz)
10. Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
11. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
12. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mah.Giyimkent 18 Sok.No:60/62 Esenler- Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr