RUDİMED RDT 6 PLAZMA ERİTME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tezgah üstü kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sulu tip olmalıdır.
3. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır ve haznedeki ısı dijital göstergeden izlenebilmelidir.
4. Plazmayı 37 derecede eritebilmelidir.
5. 6 Plazma torba kapasiteli olmalıdır.
6. Sıcaklık değeri alt ve üst limitleri aştığında sesli ve görsel olarak alarm vermelidir.
7. Yumuşak akrilik sepeti olmalıdır.
8. Cihazın iç ve dış kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
9. Temizlik ve bakım için cihazda su boşaltma vanası olmalıdır.
10. Şehir şebeke voltajı ile çalışabilmelidir (220V 50Hz)
11. Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
12. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mah.Giyimkent 18 Sok.No:60/62 Esenler- Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr