RUDİMED RDY100 -35 DERECE DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
2. Ortam ısısı 0 C / +25 °C de sorunsuz çalışabilmelidir
3. Cihaz -20 ve -45 °C arasında herhangi bir ısıya set edilebilmelidir
4. İstenilen ısı aralığı dışına çıktığında sesli ALARM vermelidir.
5. Cihaz içine Paslanmaz Çelik Rack lar yerleştirilerek kolaylıkla yükleme boşaltma yapılabilmelidir.
6. Cihaz sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
7. Cihazda kullanılan dijital termostat sayesinde kabin içi sıcaklıkları rahatlıkla gözlenebilmelidir.
8. Cihazda bulunan dijital termostat sayesinde ısı hassasiyeti 1°C olarak ayarlanabilmelidir
9. Cihazın alarm sistemi alt ve üst limit sıcaklıkları aşıldığında kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır
10. Cihazın kontrol sistemi alt tarafta yer almalıdır
11. Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi CFC içermemelidir.
12. Cihazın bürüt hacmi en az 120 lt olmalıdır.
13. Kullanım kolaylığı açısından yukarı doğru açılır blok kapak sistemine sahip olmalıdır
14. Cihazda dolap içi aydınlatma olmalı ayrıca kilitlenmesi için kilit sistemi bulunmalıdır
15. Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
16. Cihazın ISO 9001:2008, ISO13485, TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.
17. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
18. Cihaz yerli üretim olmalıdır.

Rudimed Laboratuvar Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.
Oruçreis Mahallesi Giyimkent Sitesi 18. Sokak No:60a/62a Esenler - Istanbul
T : 0850 297 23 53 F : 0850 221 13 27
rudimed@rudimed.com.tr / www.rudimed.com.tr